

Thái Bình, ngày 16 tháng 07 năm 2024

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các đơn vị cung cấp phụ kiện cho máy thở GE tại Việt Nam

Bệnh viện Nhi Thái Bình có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói mua sắm phụ kiện cho máy thở GE với nội dung cụ thể sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Nhi Thái Bình

Địa chỉ: Số 02 phố Tôn Thất Tùng phường Trần Lãm thành phố Thái Bình

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

Ths Nguyễn Thị Tâm Thu

Chức vụ: Phó, Phụ trách phòng Trang thiết bị y tế

Số điện thoại: 0985 323 488

Email: tamthu.tcktnhi@gmail.com

3. Cách thức tiếp nhận báo giá: Gửi qua đường bưu điện, gửi trực tiếp về phòng trang thiết bị y tế - Bệnh viện Nhi Thái Bình

4. Thời gian tiếp nhận báo giá: từ 07 giờ 30 phút ngày 17/7/2024 đến trước 17 giờ 00 phút ngày 26/07/2024.

Các báo giá nhận sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 26/07/2024.

II. Nội dung yêu cầu báo giá

STT	Tên tài sản, hàng hóa, dịch vụ	Quy cách & tính năng kỹ thuật	ĐVT	SL
1	Cảm biến oxy máy máy thở GE	Dải đo oxy: 21-100% Đầu nối: Module Jack Measuring Tín Hiệu đầu ra: 8- 12mv Thời gian đáp ứng: < 12 giây Thời gian sử dụng: ≥ 16 tháng	cái	04
2	Cảm biến lưu lượng máy thở GE	Dải đo lưu lượng: 0 - 160 slpm Trở kháng: ≤ 2.5 mbar Dải đo chính xác: ± 5% Nhiệt độ lưu kho: -20 °C ... +70 °C Độ ẩm lưu kho : 5 % ...95 % RH Hoạt động ở nhiệt độ: +15 °C ... +40 °C	Cái	08

2. Địa điểm thực hiện ký kết hợp đồng: Bệnh viện Nhi Thái Bình, Số 02 phố Tôn Thất Tùng phường Trần Lãm thành phố Thái Bình tỉnh Thái Bình

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: Thanh toán một lần 100% giá trị hợp đồng

5. Các thông tin khác(nếu có): không

Rất mong nhận được báo giá của các đơn vị, cá nhân

Xin trân trọng cảm ơn./.

Thái Bình, ngày 16 tháng 07 năm 2024

GIÁM ĐỐC



Lương Đức Sơn